

Beograd, 24.10.2013.

Predmet: Obaveštenje zdravstvenim radnicima o povlačenju medicinskog sredstva Intrafix Primeline, kataloški broj 4062957, lot 3F10018901 iz preventivnih razloga

Poštovani,

Kompanija B. Braun Adria RSRB d.o.o., nosilac dozvole za stavljanje u promet medicinskog sredstva Intrafix primeline, želi da Vas obavesti o sledećem:

Nakon interne kontrole kvaliteta utvrdili smo malu verovatnoću pojave curenja na ovim sistemima za infuziju, zbog problema prilikom spajanja tubinga, blizu konektora. Stoga, odlučili smo da povučemo sa tržišta lot koji je ovim pogođen, kao preventivnu meru.

Naši podaci o prodaji pokazuju da je Vaša bolnica primila gore navedeni lot Intrafix Primeline sistema za infuziju.

Molimo Vas da ne koristite ovo medicinsko sredstvo i da nam pošaljete nazad sve preostale količine. Zamenski lotovi će Vam biti poslati.

Molimo Vas da odmah obavestite korisnike u Vašoj bolnici.

Ljubazno Vas molimo da potvrdite prijem ovog pisma. Ukoliko budete imali dodatna pitanja, molimo Vas da kontaktirate osobu odgovornu za vigilancu u kompaniji B.Braun Adria RSRB d.o.o, dipl. ph. Ivanu Radević, telefon 011 40 60 621.

S poštovanjem,

B. Braun Adria RSRB d.o.o.

dipl.ph. Ivana Radević


BIBRAUN B.BRAUN ADRIA RSRB DOO
BEOGRAD