



**Pitanje 1:** Da li je snaga agregata od 14kW do 16kW u jedinicama kW ili se misli na KVA? Agregat koji bi bio snage 14 do 16 KVA bi mogao da zadovolji dimenzijama, masom i veličinom rezervoara! Za agregat tražene snage će imati veći rezervoar, masu ...primer: Agregat od 16kW bi bio 20KVA.

**Odgovor 1:** Tražimo agregat definisan tehničkom specifikacijom sa navedenim oznakama i dimenzijama

**tačka 10, stav 3:** Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje nadležne policijske uprave MUP-a ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

**Pitanje 2:** Da li će se Izvod izdat 28.11.2013. smatrati validnim?

**Odgovor 2: Smatraće se validnim**

**tačka 24:** M obrasci ključnog tehničkog osoblja u stalnom radnom odnosu odgovornog za izvršenje ugovora i ovlašćenih servisera.

**Pitanje 3:** Da li je neophodno dostaviti originale dokumenata, overen kopije ili neoverene kopije?

**Odgovor 3:** Možete dostaviti koji hoćete ali ćemo pre potpisivanja ugovora zatražiti original ili overenu kopiju.

**tačka 27:** Izjava o garantnom roku ponuđača.

**Tačka 40:** Izjava ponuđača, data pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, o dužini garantnog roka koji nudi.

**Pitanje 4:** U čemu je razlika između ove dve tačke?

**Odgovor 4:** Ne postoji razlika. Duplirano je. Dostavite samo jednu izjavu.

**Pitanje 5:** U okviru tabele 16.2.11. kao obavezan sadržaj ponude tražena je IQ dokumentacija za komplet sa 16 stalaka za kuniće u dva nivoa sa postoljem. S obzirom da IQ dokumentacija nije primenljiva za traženo dobro jer ono po specifikaciji nije instrument i ne sadrži elektronske i mehaničke delove već je u pitanju nosač od nerđajućeg čelika sa plastičnim boksovima za fiksiranje kunića. Molim Vas da nam dozvolite da umesto IQ dokumentacije dostavimo adekvatnu izjavu proizvođača da za navedeno dobro nije primenljiva IQ dokumentacija.

**Odgovor 5:** U okviru tabele 16.2.11. kao obavezan sadržaj ponude je tražena izjava da će ponuđač izvršiti inicijalnu IQ/OQ/PQ I dostaviti popunjene iste prazne IQ/OQ/PQ protokole u štampanoj ili CD verziji po instalaciji opreme.

Dostavite izjavu proizvođača opreme koju nudite da za navedeno dobro ne postoji IQ dokumentacija.

**Pitanje 6:** Da li je prihvatljivo ponuditi inkubator sa hladjenjem (partija br.5), koji ispunjava zahtev tražene unutrašnje zapremine, a ima sledeće dimenzije: unutrašnje

dimenzije (WxHxD): 400 x 400 x 334 mm, spoljne dimenzije (WxHxD): 660 x 632 x 693 mm

**Odgovor 6:** nije prihvatljivo

**Pitanje 7:** Da li je prihvatljivo ponuditi inkubator koji poseduje LCD display?

**Odgovor 7:** prihvatljivo je

**Pitanje 8:** u konkursnoj dokumentaciji u odeljku Tehnicka specifikacija partija 1 - UVVis spektrofotometar, definisano je da je zahtevana spektralna sirina 1 nm. Da li se prihvata spektrofotometar sa spektralnom sirinom od 1.5 nm koji zadovoljava sve ostale postavljene kriterijume?

**Odgovor 8:** prihvata se ako zadovoljava sve druge tražene uslove.

**Pitanje 9:** u odeljku Tehnicka specifikacija partija 3 - AAS (plameni) zahtevano je da aparat bude kompatibilan sa postojećim lampama u laboratoriji korisnika od proizvođača Perkin Elmer. Da li je prihvatljivo ponuditi navedene lampe koje su kompatibilne sa instrumentom koji se nudi?

**Odgovor 9:** prihvatljivo je

**Pitanje 10:** zahtevan je optički sistem sa Zemanovom background korekcijom sa modulisanim magnetnim poljem orjentisanim uzdužno na optički put. Da li je prihvatljiva Zemanova background korekcija sa modulisanim magnetnim poljem orjentisanim poprecno na optički put?

**Odgovor 10:** prihvatljiva je

**Pitanje 11:** Partije 12, 13 i 14 obuhvataju jednostavne kaveze i police. Tu nema nikakve predviđene procedure za obavljanje IQOQPQ testova kao ni priručnika za upotrebu. Kavezi se testiraju samo u sklopu BioAS sistema čiji deo čine, ali se to ne odnosi na pojedinačni kavez ili policu.

Iz tog razloga smatramo da su zahtevi za dostavu priručnika za upotrebu, inicijalnu kvalifikaciju i dostavu IQOQPQ protokola za partije 12, 13 i 14 neispunjivi te Vas molimo da ih ukinete.

**Odgovor 11:** dostavite izjavu proizvođača opreme koju nudite da za navedene partije ne postoji IQ dokumentacija